

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa khu vực Văn Bàn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua máy điều trị điện xung với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa khu vực Văn Bàn.

Địa chỉ: Thôn 2 – xã Văn Bàn – tỉnh Lào Cai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Nguyễn Phi Hùng, nhân viên Phòng TCHC- TCKT.

Điện thoại: 0982.075.011

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Bệnh viện Đa khoa khu vực Văn Bàn. Địa chỉ: Thôn 2, xã Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai, với tiêu đề "Báo giá trang thiết bị của Công ty ...;"

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 09/09/2025 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 18/09/2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 09/09/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Báo giá chi tiết thiết bị hãng nước sản xuất, xuất sứ model cấu hình chi tiết, chế độ bảo hành.../

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm giao hàng, lắp đặt: Tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Văn Bàn.

- Yêu cầu về vận chuyển, bảo quản thiết bị y tế: Các trang thiết bị y tế phải được đóng gói cẩn thận, quá trình vận chuyển phải được đảm bảo không gây ảnh hưởng, không gây lỗi trang thiết bị.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý III năm 2025.

5. Các thông tin khác:


- Yêu cầu chung về trang thiết bị báo giá:
- + Tình trạng thiết bị: Mới 100%.
- + Năm sản xuất: 2024 trở về sau.
- + Bảo hành ≥ 12 tháng.

Rất mong được các hãng sản xuất, nhà cung cấp quan tâm gửi hồ sơ báo giá về Bệnh viện Đa khoa khu vực Văn Bàn.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TCHC-TCKT.



GIÁM ĐỐC
Nguyễn Như Xuân



(Kèm theo Thư mời số 69/TM-BVVB ngày 09/09/2025)

TT	Tên hàng hóa	Cấu hình, thông số kỹ thuật	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Giá
1	MÁY ĐIỀU TRỊ ĐIỆN XUNG	CHI TIẾT KỸ THUẬT: - Máy được thiết kế để giảm đau bằng kích thích điện tần số thấp. - Là thiết bị điều trị cho 2 bệnh nhân cùng một lúc, sử dụng 2 kênh riêng biệt, đồng thời có thể sử dụng cả giác hút và điện xung trị liệu cùng một lúc - Nguồn điện: AC 220V; 50/60Hz - Điện áp tiêu thụ: 120VA - Thời gian điều trị: 0-30 phút CẤU HÌNH TIÊU CHUẨN : - Máy chính: 01 Chiếc - Dây điện cực giác hút: 02 bộ - Cốc giác hút: 08 cái - Miếng xóp làm ẩm: 08 cái - Dây nguồn cung cấp: 01 Cái		2024 trở về sau		01	