

THƯ MỜI BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam.

Trung tâm y tế khu vực Văn Bàn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua hệ thống khám và điều trị tai mũi họng năm 2026 với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Trung tâm y tế khu vực Văn Bàn.

Địa chỉ: Thôn bản mạ – xã Văn Bàn – tỉnh Lào Cai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

Ông Nguyễn Phi Hùng, nhân viên Phòng TCHC- TCKT.

Điện thoại: 0982.075.011

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Phòng Văn thư, Trung tâm y tế khu vực Văn Bàn. Địa chỉ: Thôn bản mạ, xã Văn Bàn, Tỉnh Lào Cai, với tiêu đề "Báo giá trang thiết bị của Công ty ...;"

- Đồng thời nhận qua email: benhvienvb@gmail.com.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14 giờ 00 phút ngày 30/03/2026 đến trước 14 giờ 00 phút ngày 10/04/2026.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 28/02/2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá

1. Báo giá các thiết bị y tế.

(Chi tiết theo Phụ biểu đính kèm)

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế:

- Địa điểm giao hàng, lắp đặt: Tại Trung tâm y tế khu vực Văn Bàn,

- Yêu cầu về vận chuyển, bảo quản thiết bị y tế: Các trang thiết bị y tế phải được đóng gói cẩn thận, quá trình vận chuyển phải được đảm bảo không gây ảnh hưởng, không gây lỗi trang thiết bị.

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Quý II năm 2026.

4. Các thông tin khác:

- Yêu cầu chung về trang thiết bị báo giá:

+ Tình trạng thiết bị: Mới 100%.

+ Năm sản xuất: 2025 trở về sau.

+ Bảo hành $\geq$ 12 tháng.

+ Báo giá của thiết bị cung cấp: đầy đủ chi tiết danh mục hàng hóa các thông tin Hãng, nước sản xuất, năm sản xuất, Chế độ bảo hành, cung cấp vật tư tiêu hao, phụ kiện, hỗ trợ trong quá trình sử dụng (nếu có)...

Rất mong được các hãng sản xuất, nhà cung cấp quan tâm gửi hồ sơ báo giá về Trung tâm y tế khu vực Văn Bàn.

Bệnh viện xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, TCHC-TCKT.



Phụ biểu kèm theo thư mời số 27/TM-TTYT ngày 30/03/2026

STT	Tên máy móc-TBYT	Thông số kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính	Đơn giá
1	HỆ THỐNG KHÁM VÀ ĐIỀU TRỊ TẠI MŨI HỌNG Model: XL-200 / LS-600 Thương hiệu: Medtrix Xuất xứ: Việt Nam	Cấu hình chi tiết: Full HD, chụp & chia 1-2-4 hình 1. Camera nội soi: HD-1000 - Cảm biến 1/2.8" CMOS - Độ phân giải: 1920 x 1080 pixels - Có nút bấm trên thân camera: Nút zoom và chụp hình 2. Bộ xử lý hình ảnh: XL-200 - Nguồn điện: AC220V/50Hz - Video out : 2-HDMI, 1-DVI , 1-AV - Chức năng cân bằng trắng - Chức năng điều chỉnh tăng giảm màu - Chức năng phóng to thu nhỏ hình ảnh - Chức năng chụp hình (Pedal) & chia 1/2/4 hình chuẩn HD - Chức năng xem lại & thay thế hình đã chụp 3. Nguồn sáng y tế: LS-600 - Nguồn điện 220V/50Hz - Công suất tiêu thụ: 80W - Kiểu bóng: LED - Nhiệt độ màu: 6500K - Chức năng hiển thị cường độ sáng - Chức năng điều chỉnh cường độ sáng - Chức năng hiển thị mức 80% sáng khi bật - Tuổi thọ bóng: ~50,000 giờ - Chuẩn đầu cắm sáng: Storz /Wolf 4. Dây dẫn sáng - Chiều dài ~2m - Đường kính ống dẫn 4mm - Đường kính ngoài 10mm - Có miếng chống nóng 5. Ống nội soi - Ống nội soi 70 độ : Ø 4mm x 175mm: 02 cái - Ống nội soi 0 độ : Ø 3mm x 110mm: 02 cái - Ống nội soi 0 độ : Ø 4mm x 110mm: 02 cái 6. Xe để máy: MT-3	01	Hệ thống	



	Cột trụ bằng nhôm đúc áp lực anot và sơn tĩnh điện - Bánh xe ϕ 100 ★ - Đợt để máy điều chỉnh được lên xuống - Thùng đồ có ngăn kéo điều chỉnh được lên xuống - Treo Camera chống xước - Treo màn hình điều chỉnh lên/xuống - Có 3 ổ cấp điện, có công tắc 7. Màn hình hiển thị - Kích thước màn hình: ~24 inch - Độ phân giải: 1920 x 1080 - Độ sáng: 250 cd/m² - Tín hiệu vào video: HDMI			
--	---	--	--	--